HXD-V1 · ROUTINE CHECKS

정기 점검표

한 장에 한 주를 기록합니다. 이상이 있으면 칸에 ×를 하고, 장비를 멈춘 뒤 HydroXpand 에 연락해 주십시오. 운전 시간과 현장 조건에 맞게 고쳐 쓰셔도 됩니다.

장비 일련번호	설치 장소	주 시작일	누적 운전 시간 (h)

1. 매일 또는 교대마다

점검 항목	월	화	수	목	금	토	일
전면 패널 피팅과 튜브에 누설 없음	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
벤트와 드레인 배관이 온전하고 막히지 않음	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
출구 노점과 운전 압력이 정상 범위	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
켜진 알람 없음	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
확인							

2. 매달

- ☐ 뒤쪽 팬이 돌고 공기 구멍에 먼지 없음
- ☐ 노점 추이. 몇 주에 걸쳐 천천히 오르면 연락 _____ °C
- ☐ 드레인 횟수. 뚜렷이 늘었으면 앞쪽 확인 _____ 회

3. 매년

- ☐ 운전 압력에서 모든 연결부 누설 시험
- ☐ 노점 센서나 분석기를 제조사 권장대로 기준과 맞춰 봄
- ☐ 전원 코드, 접지 연결, 네트워크 케이블 확인

메모

점검	확인